

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 成月茂	
	职称： 主任医师	
	工作单位： 南京鼓楼医院	
项目信息	项目名称： 泰兴市中医院胃肠镜维保服务项目	
	供应商名称： 南京医药湛德医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>该院有多台正在使用的奥林巴斯290系列电子内镜，均为奥林巴斯高端型号，生产商为奥林巴斯公司。该系列也是由奥林巴斯原厂提供，其中CCD、软管等直接响应的检查精度远高于其他品牌，对诊断和治疗都起到至关重要的作用。为了更有效地服务于患者，提高诊断和治疗水平，建议由奥林巴斯特约经销商南京医药湛德医疗科技有限公司为设备提供原厂维修服务。</p>	
专业人员签字	成月茂	日期 2025年5月28日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 耿向东	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 江苏省人民医院	
项目信息	项目名称: 泰兴市中医院胃肠镜维保服务项目	
	供应商名称: 南京医药湛德医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>该院现有使用的奥林巴斯 260 及 290 系列电子镜, 售后服务均为奥林巴斯原厂提供, 内镜属于高精度的医疗设备, 维修效果及质量与医疗安全息息相关。CCD、铜丝及插入管等任何部件出现问题时都会影响图像质量及操作性。原厂维保服务能从维修人员资质、技术专业性及零配件货源供给上得到保障。第三方维修服务很难在人员、技术、零配件上具备专业条件, 会导致图像及操作性出现问题从而影响医疗安全。因此, 建议泰兴市中医院申请由奥林巴斯特约经销商南京湛德医疗科技有限公司提供原厂维保服务。</p>	
专业人员签字	耿向东	日期 2024 年 5 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>岳碟</u>	
	职称: <u>高级工程师</u>	
	工作单位: <u>南京市明总医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>泰兴市中医院胃肠镜维保服务项目</u>	
	供应商名称: <u>南京医药湛德医疗科技有限公司</u>	
专业人员论证意见	<p>该院现使用的奥林巴斯260.290系列电子内窥镜为奥林巴斯产以线高端型号, 其中任何一个零配件都可能影响图像质量和诊断结果. 原厂维保服务从维修人员配备, 技术专业性及零配件保障等更符合医院要求. 第三方维修服务很难完全具备上述人员、技术、配件等条件. 建议由奥林巴斯特约经销商南京医药湛德医疗科技有限公司提供原厂维修保养服务.</p>	
专业人员签字	<u>岳碟</u>	日期 <u>20</u> 年 <u>05</u> 月 <u>28</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。